

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

IČO: 00027022**Sídlo/místo podnikání:**

Radiová 1285/7

10200 Praha

Kontaktní osoba:**Jméno:** Ing. Zdeněk Moučka**E-mail:** zdenek.moucka@vupp.cz**Mobilní telefon:** 737287009**Funkce/pracovní pozice:** správce ICT

Specifikace VZ

Název VZ: sterilizátor**Druh zadávacího řízení:** VZMR: Otevřená výzva**Druh VZ:** Dodávky (zboží)**Systémové číslo:** T002/18/V00056345**Dne**

13.09.2018 09:20:00

[detail VZ](#)

Text odpovědi

Tímto poskytuje zadavatel dodavateli ve věci veřejné zakázky s názvem **sterilizátor** vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádosti jednoho či více dodavatelů nebo na základě rozhodnutí zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatelů

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na základě žádosti dodavatelů jsou uvedeny v následujícím číslovaném přehledu, přičemž jednotlivé žádosti (dotazy) jsou řazeny chronologicky tak, jak byly zadavateli doručeny.

Číslo žádosti (dotazu)

3.

Přesné znění žádosti (dotazu)

Dobrý den,

Dovolte mi upozornit Vás, že požadavek na vnitřní paměťové medium umožňující uložení 500 cyklů považujeme za diskriminační a nepřiměřený vzhledem k funkci autoklávu. Autokláv umožňuje kdykoliv snadno přenést data do počítače bez nutnosti speciálního software, proto považujeme uložení 200 cyklů ve vnitřní paměti za zcela dostačující.

Trváním na 500 cyklech znemožníte podání nabídky jednomu z největších světových dodavatelů, firmě Tuttnauer, i jiným případným zájemcům, čímž přijdete o výběr z většího množství nabídek a o možnost dosažení výhodné ceny. Požadavek na vnitřní paměťové medium na 500 cyklů splní pouze jediný výrobce, firma Systec, která navíc patří k nejdražším na trhu.

Prosíme Vás o revizi požadavku na kapacitu vnitřního paměťového média a umožnění účasti více zájemcům.

Děkuji

Odpověď

Vytvořil

Jméno a příjmení

Zdeněk Moučka v.r.

Doručení

Datum

13.09.2018 13:47:10

Přílohy

Název

Soubor

Velikost

[vyjádření](#)

[autoklav.docx](#)

10,05 KB