



Čj: 568-22/2014-ÚVN

V Praze dne: 12.05.2014

Počet listů: 6

Výtisk: 1

„Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci“

Ústřední vojenská nemocnice Praha, vyhlašuje marketing na dodávku mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci dle § 6 v rámci zákona 137/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů a směrnice ředitele ÚVN Praha č. 11/2006 . Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu.(VZMR)

**Marketing je uveřejněn na portále ÚVN, elektronické tržiště Gemin.cz
od 12.5 2014 do 27.5 2014**

Základní údaje:

Dodávka jedné mikrochirurgické jednotky na přední a zadní segmentaci oka. Přístroj bude obsahovat modulární systém určený pro výměnu funkčních modulových jednotek s jednotlivými chirurgickými funkcemi. Na tento přístroj požadujeme zápujčku.

Druh zakázky:

Dodávka – bezplatná zápujčka přístroje

Požadujeme kompletní dodávku od jednoho výrobce.

Přístroj mikrochirurgická jednotka se spotřebním materiálem, který bude průběžně dokupován.

Specifikace požadovaného spotřebního materiálu:

Název	Obsah balení	Předpokládaný odběr 12 měsíců včetně dph 123 418,-
Souprava jen pro zadní segment (20ga)	Kazeta jen vitrektomie	
	Set tlakové infuze do lahve	
	infuzní set, včetně výměny kapalina/vzduch	
	infuzní hadička do oka včetně plastové schránky	
	vitrektom 5000 seků/min 20ga	
	světlo širokoúhlé 20ga	
	kopí / stileto 20ga	
	trojcestný ventil	
	hadička pro aktivní sání na Charles/endo fako	
	stříkačka 20ml nebo 10ml	
	set s ucpávkami 20ga/přechodky pro endofako	
	krytí obrazovky	
18ga bipolární koagulace pero (v případě, že není dodáván v balíčku uveďte cenu a možný počet resterilizací)		

	kabel pro bipolární koagulaci (v případě, že není dodáván v balíčku uveďte cenu a možný počet resterilizací)	
		Předpokládaný odběr 12 měsíců včetně dph 431 970-
Souprava pro přední i zadní segment (20ga)	kombinovaná kazeta	
	set tlakové infuze do lahve	
	infuzní set, včetně výměny kapalina/vzduch	
	infuzní hadička do oka včetně plastové schránky	
	hadičky pro irigaci/aspiraci - fako / I/A	
	2 ks sleeveů pro řez 2,5 - 2,8mm	
	vitrektom 5000 seků/min 20ga	
	světlo širokoúhlé 20ga	
	kopí / stiletto 20ga	
	trojcestný ventil	
	stříkačka 20ml nebo 10ml	
	set s ucpávkami 20ga/přechodky pro endofako	
	krytí obrazovky	
	18ga bipolární koagulace pero (v případě, že není dodáván v balíčku uveďte cenu a počet resterilizací)	
kabel pro bipolární koagulaci (v případě, že není dodáván v balíčku uveďte cenu a možný počet resterilizací)		
		Předpokládaný odběr 12 měsíců včetně dph 123 418,- 185 130,-
Souprava jen pro zadní segment (23ga)	kazeta jen vitrektomie	
	set tlakové infuze do lahve	
	infuzní set, včetně výměny kapalina/vzduch	
	infuzní hadička do oka včetně plastové schránky	
	vitrektom 5000 seků/min 23ga	
	světlo širokoúhlé 23ga	
	23ga nožičky včetně trokarů	
	trojcestný ventil	
	hadička pro aktivní sání na Charles/endo fako	
	stříkačka 20ml nebo 10ml	
	set s ucpávkami 23ga	
	krytí obrazovky	

		Předpokládaný odběr 12 měsíců včetně dph 431 970,-
Soustava pro přední i zadní segment (23ga)	kombinovaná kazeta	
	set tlakové infuze do lahve	
	infuzní set, včetně výměny kapalina/vzduch	
	infuzní hadička do oka včetně plastové schránky	
	hadičky pro irigaci/aspiraci - fako / I/A	
	2ks sleeveů pro řez 2,5 - 2,8mm	
	vitrektom 5000 seků/min 23ga	
	světlo širokoúhlé 23ga	
	23ga nožičky včetně trokarů	
	trojcestný ventil	
	stříkačka 20ml nebo 10 ml	
	set s ucpávkami 20ga/přechodky pro endofako	
	krytí obrazovky	
		Předpokládaný odběr 12 měsíců včetně dph 20 000,-
Souprava jen pro zadní segment (25ga)	kazeta jen vitrektomie	
	set tlakové infuze do lahve	
	infuzní set, včetně výměny kapalina/vzduch	
	infuzní hadička do oka včetně plastové schránky	
	vitrektom 5000 seků/min 25ga	
	světlo širokoúhlé 25ga	
	25ga nožičky včetně trokarů	
	trojcestný ventil	
	hadička pro aktivní sání na Charles/endo fako	
	stříkačka 20ml nebo 10 ml	
	set s ucpávkami 25ga	
krytí obrazovky		
		Předpokládaný odběr 12 měsíců včetně dph 20 000,-
Souprava pro přední i zadní segment (25ga)	kombinovaná kazeta	
	set tlakové infuze do lahve	
	infuzní set, včetně výměny kapalina/vzduch	
	infuzní hadička do oka včetně plastové schránky	
	hadičky pro irigaci/aspiraci - fako / I/A	
	2ks sleeveů pro řez 2,5 - 2,8mm	
	vitrektom 5000 seků/min 25ga	
světlo širokoúhlé 25ga		

	25ga nožičky včetně trokarů	
	trojcestný ventil	
	stříkačka 20ml	
	set s ucpávkami 25ga/přechodky pro endofako	
	krytí obrazovky	
		Předpokládaný odběr 12 měsíců včetně dph 10 000,-
Souprava pto injektáž/extrakci silikonového oleje	stříkačka pro injektáž / vypuštění oleje	
	kanyla 20ga pro vypuštění oleje	
	hadička do přístroje	
	píst	
	plastová tyčka pro posun pístu	
	plastová ucpávka	
20ga Laser Probe Curved RFID	20ga zahnutá laserová sonda s identifikací	
23ga Laser Probe Flexible RFID	23ga zahnutá laserová sonda s identifikací	
23ga Laser Probe Flexible RFID	25ga zahnutá laserová sonda s identifikací	
Bipolar Brush 18ga Single Use	jednorázová tužka pro diatermii 18ga	
Bipolar Brush Endo Diathermy SU	jednorázová tužka pro endodiatermii 18, 19, 20ga	

Požadavky na mikrochirurgickou jednotku pro přední a zadní segmentaci:

Specifikace požadavků na zařízení:

- Monitor dotykový minimálně 17"
- Infračervený dálkový ovládání a programovatelný nožní ovladač s lineárním a duálním ovládáním
- programovatelný nožní ovladač s min. 4 spínači - programovatelný
- Aspirační systém typu Ventury
- Modulární mikrochirurgická jednotka
- Počítačová kontrola nástupu vakua v přední komoře a zadní komoře
- Duty cycle systém – výhodou
- Ultrazvukové režimy – burst, pulzní, kontinuální
- Ultrazvukový režim tvarové modulace s nastavení délky a prodlevy pulsů a rychlost náběhu energie
- Režim mikroincizní techniky operace

- Frekvence řezů až do 5000 řezů /s
- Interní endolaser o vlnové délce 532 nm
- Externí endolasery o vlnových délkách 532 nm a 577 nm
- Rozmezí aspiračních tlaků 0 – 600 mmHg
- Dva nezávislé zdroje studeného světla
- Možnost konfigurace systému dle min. 5 uživatelů
- Bipolární koagulace
- Možnost zavěšení 2 lahví s irigačním roztokem
- Duální aspirační port

Servisní podmínky:

- autorizovaný servis v ČR
- bezúplatná preventivní údržba, záruční i pozáruční servis (min. 24m) a uživatelská podpora
- doba nástupu servisního technika na opravu v případě záručního servisu a odstranění závady bez použití náhradních dílů do 24 hodin, při použití náhradních dílů do 72 hodin od nahlášení závady
- zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy, možno i jiného modelu, pokud doba opravy překročí 72 hodin od nahlášení závady
- dodat ceník servisních zásahů včetně ceny výjezdu technika (pro případ poruchy způsobené na straně uživatele)
- bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených výkonů, včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu při těchto kontrolách měněných
- společně se zbožím dodat návod k použití v českém jazyce a prohlášení o shodě v listinné i elektronické podobě
- součástí dodávky je zároveň i doprava, instalace, napojení na veškeré potřebné sítě, t.j. uvedení do provozu, předložení veškerých dokumentů, revizí, prohlášení a dalších podkladů nutných pro provoz (instalační kvalifikace a validace)
- provedení zaškolení obsluhy a učinit o něm zápis, včetně oprávnění vyškolených pracovníků školit další zaměstnance ÚVN
- splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou (zákon 123/2000, nařízení vlády č.336/2004, evropské směrnice 93/42/EEC atd.)

Dodací podmínky:

- společně se zbožím dodat návod k použití v českém jazyce a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi
- provedení zaškolení obsluhy a učinit o něm zápis, včetně oprávnění výrobce k provádění školení dalších zaměstnanců ÚVN
- splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou (zákon č. 123/2000, nařízení vlády č. 336/2004, evropské směrnice 93/42/EEC atd.)

Podané nabídky musí obsahovat vyplněnou následující tabulku – komentáře ANO/NE

Hodnotící kritéria:

- Cena spotřebního materiálu 80 %
- Technické parametry přístroje nad rámec technické specifikace (označené jako výhoda) 20 %

Dodavatelé mohou být vyzváni k předvedení přístroje, který je předmětem nabídky.

Nabídka bude obsahovat:

- Identifikační údaje o firmě (IČO, sídlo firmy, jména osob jednajících za dodavatele)
- Nabídka včetně prospektů a fotografií
- Nabídkovou cenu bez DPH/ks, DPH/ks, Cena s DPH / ks
- Reference vztahující se k předmětu VZ
- Podepsaný návrh kupní smlouvy (případný návrh servisní smlouvy, zápůjční smlouva)
- Uchazeč bude akceptovat - splatnost FA 60 dní
- **Doba dodání ve dnech – předpokládané datum první dodávky a zápůjčky přístroje**
- **Vyplněné tabulky** – příloha technických parametrů a komentáře

Nabídky zasílejte do 27.05.2014 do 12,00 hod. pouze v listinné podobě na adresu:

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Obchodní oddělení – Ing. Jan Lanči
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02

Dodatečné informace: Ing. Jan Lanči, Email: jan.lanci@uvn.cz, Telefon: 973 203 099.

Obálku označte názvem: „Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci“

N e o t v í r a t

K podání nabídky je možné využít podatelnu ÚVN Praha – úřední hodiny

PO – ČT: 8,00 – 13,30 od 14,00 – 15,00,

PA: 8,00 – 13,30