

Prodávající: O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 IČO.:62914511 DIČ : CZ62914511 Zápis v OR: OR, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 35419 Bankovní ústav: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 804916006/2700 Měna: CZK	Kupující: Státní veterinární ústav Praha Sídliště 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika IČO: 00019305 DIČ : CZ00019305 Zápis v OR: není zapsán Bankovní ústav: Česká národní banka Číslo účtu: 20439061/0710 Měna : CZK
Zastoupený: Jan Kašpar, jednatel Email: j.kaspar@oks.cz Telefon: +420 281 091 460 Fax: +420 281 866 264	Zastoupený: MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. Email: kamil.sedlak@svupraha.cz Telefon: +420 251 031 111 Fax: /// Email E-fakturace: sekretariat@svupraha.cz
Zástupce ve věcech technických: Jméno: Tomáš Černý Email: t.cerny@oks.cz Telefon: +420 281 091 460 Fax: +420 281 866 264	Zástupce ve věcech technických: Jméno: Ing. Dagmar Jirková Email: dagmar.jirkova@svupraha.cz Telefon: +420 770119012 Fax: ///
Platební podmínky: 100% z celkové ceny včetně DPH na základě zúčtovací faktury s 60 denní splatností po instalaci zařízení.	Místo plnění: Státní veterinární ústav Praha, Sídliště 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje
Termín plnění: 6-8týdnů od podpisu KS	Dodací podmínky: FCA adresa prodávajícího

PRODÁVAJÍCÍ PRODÁVÁ A KUPUJÍCÍ KUPUJE NÍŽE UVEDENÉ ZBOŽÍ:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:								
Kat. číslo:	Popis:	Množství:	Cena/j.:	Cena bez DPH:	%DPH:	DPH:	Cena s DPH:	
1. 417118	Masterclave 10	1 ks	484 400,00	484 400,00	21 %	101 724,00	586 124,00	
2. 417110	Ticket printer (including 2 Paper rolls)	1 ks	22 230,00	22 230,00	21 %	4 668,30	26 898,30	
3. 417113	Masterclave priming nozzle	6 ks	3 334,00	20 004,00	21 %	4 200,84	24 204,84	
4. AESAP1085	APS One ready for 90mm plates	1 ks	573 163,00	573 163,00	21 %	120 364,23	693 527,23	
5. AESMN8506	Second Pump Kit (to order with blood on line tubin	1 ks	32 278,00	32 278,00	21 %	6 778,38	39 056,38	
6. AESMN8535	tubing for Blood on line addition (to use with sec	5 ks	13 104,00	65 520,00	21 %	13 759,20	79 279,20	
7. 423236	APS ONE 90mm TUBING SET FOR M10 & M20	5 ks	7 029,00	35 145,00	21 %	7 380,45	42 525,45	
8. AESMN8509	Linx 4900 printer fitting kit	1 ks	18 667,00	18 667,00	21 %	3 920,07	22 587,07	
9. LINX5900	LINX5900	1 ks	168 000,00	168 000,00	21 %	35 280,00	203 280,00	
10. SL45	Balička SL45 s vozíkem	1 ks	47 000,00	47 000,00	21 %	9 870,00	56 870,00	
Součet položek (Kč):				1 466 407,00		307 945,47	1 774 352,47	
							Celkem k úhradě (Kč):	
							1 774 352,47	

Smluvní strany ujednaly níže uvedené obchodní podmínky kupní smlouvy:

1. Předmět plnění

Předmětem plnění jsou dodávky zboží, služeb a prací uvedených na titulním listu kupní smlouvy v tabulce „Předmět plnění“.

2. Termín plnění

Termínem plnění je uveden na titulním listu kupní smlouvy.

V případě nedodržení termínu plnění je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% za den z hodnoty včas nedodaného zboží. Pro posouzení pozdní dodávky je rozhodující datum předání zboží na místo plnění. Jako včas nedodané zboží se pokládá dodávka až po 5-ti dnech od uvedeného termínu plnění. Prodávající není v prodlení s plněním dodávky z důvodu události z vyšší moci.

3. Místo a způsob plnění


Místo plnění je uvedeno na titulním listu kupní smlouvy.

Potvrzením přepravního listu kupujícím přechází odpovědnost za zboží z hlediska dodaného množství, neporušenosti obalů a bezpečného uložení na kupujícího. Zjevné vady, dodané množství či porušení obalů musí kupující vyznačit do přepravního listu a o této skutečnosti ihned bez zbytečného odkladu, nejpozději však do druhého dne od převzetí zboží informovat prodávajícího.

Podpisem dodacího listu po provedeném předání předmětu plnění tj. obvykle po instalaci a zaškolení obsluhy pracovníky či pověřenou osobou prodávajícího, přechází odpovědnost za zboží již zcela na kupujícího. Od tohoto dne také počíná plynout záruční doba.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny včetně DPH.

Postupné plnění a postupné zúčtování sjednané ceny je povoleno.



4. Množství, cena a jakost zboží

Množství, cena předmětu plnění nebo způsob jejího určení jsou uvedeny na titulním listu kupní smlouvy. Cena se rozumí včetně obalu.

Zúčtování dopravních nákladů provede prodávající v návaznosti na dodací podmínky uvedené na titulním listu kupní smlouvy.

Při překročení směnného kurzu devizy ČSOB prodej 1 EUR > 28,00 Kč v den fakturace jednotlivé dodávky, si prodávající vyhrazuje právo provedení přepočtu ceny aktuálním kurzem EUR ČSOB v den fakturace.

Předmět plnění je dodán v bezvadné jakosti tj. odpovídající parametrům a vlastnostem deklarovaných výrobcem.

5. Způsob a termín úhrady

Kupní cena a příslušná DPH bude prodávajícím vyúčtována fakturou – daňovým dokladem, kterou prodávající vystaví kupujícímu. Úhrada se provádí dle platebních podmínek uvedených na titulním listu kupní smlouvy. Pro zjištění termínu zaplacení faktury je rozhodující datum z výpisu účtu prodávajícího. Jako včas nezaplacená bude posuzována faktura až po 5-ti dnech od data splatnosti. Nebude-li termín úhrady dodržen, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Výše a termín splatnosti zálohových plateb je uveden na titulním listu kupní smlouvy. Dohodnuté zálohy se kupující zavazuje uhradit na základě zálohového listu prodávajícího. Prodávající vystaví daňový doklad k přijaté záloze do 14 dnů po obdržení úhrady zálohy a zašle jej kupujícímu.

V případě prodlení kupujícího s úhradou dohodnuté zálohy, má prodávající právo pozastavit plnění do jejího úplného zaplacení, aniž by se prodávající dostal do prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě prodlení úhrady zálohy o více jak 30 dnů, jedná se ze strany kupujícího o závažné porušení této smlouvy a prodávající má v tomto případě právo jednostranně od smlouvy odstoupit. Prodávající o této skutečnosti písemně informuje kupujícího.

6. Záruka za jakost a vady zboží

Na dodaný předmět plnění poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 2 roky.

Záruční doba začíná běžet od data předání předmětu plnění kupujícímu. V případě, že vinou kupujícího nemohlo být předání uskutečněno ve stanoveném termínu, trvá záruka maximálně 15 měsíců od data fyzického dodání předmětu plnění nebo jeho uložení prodávajícím na jeho skladu či jiném vhodném místě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedodržením podmínek stanovených návodem či uživatelskou příručkou, událostí z vyšší moci, zásahem nepovolané osoby, neodbornou nebo nevhodnou či nesprávnou manipulací a běžným opotřebením.

Reklamacie vad bude řešena dle Občanského zákoníku. Vady, zjištěné v záruční lhůtě, musí být reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, jinak záruka zanikne.

7. Součinnost – vzájemné spolupůsobení

Prodávající poskytne veškeré nezbytné informace potřebné pro spolupůsobení kupujícího a kupující poskytne prodávajícímu informace, nezbytné k provedení instalace, připraví pracovní místo pro předmět plnění a umožní prodávajícímu jejich instalaci. V případě potřeby je další součinnosti smluvních stran detailně popsána v příloze kupní smlouvy.

8. Společná a závěrečná ustanovení

Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky k ní, vstupují v platnost mezi stranami dnem podpisu kupní smlouvy oběma stranami a v účinnost zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí kupující. Změnit, doplnit nebo zrušit smlouvu, lze dohodou smluvních stran, a to vždy písemnou formou. Odstoupit od smlouvy lze podle zákona, tj. v případě, že některá ze smluvních stran závažným způsobem hrubě porušila své smluvní závazky, nebo nezaplatila-li v termínu sjednanou zálohu.

Nebylo-li ujednáno v kupní smlouvě či uvedeno v obchodních podmínkách jinak, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ustanoveními Občanského zákoníku ČR.

Strany této smlouvy se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z této uzavírané smlouvy, nebo které vzniknou v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících nebo s ním přímo souvisejících, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s konečnou platností podle zák. č. 216/94 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, s vyloučením pravomoci obecných soudů, u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Další obchodní podmínky či jejich úprava může být sjednána individuálně ve formuláři smlouvy či samostatné příloze kupní smlouvy, která se stává její nedílnou součástí.

Strany prohlašují, že všechna ustanovení této Smlouvy jsou jasná a nesporná a že tato Smlouva byla uzavřena jako projev jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní, bez nátlaku, donucení, omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Strany, prostřednictvím osob oprávněných jednat jejich jménem, na důkaz uvedeného podepisují tuto Smlouvu.

Prodávající: **O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.**

V Praze, dne 24. 6. 2020

Jméno: Jan Kašpar, jednatel společnosti

Kupující (firma/jméno): **Státní veterinární ústav Praha**


V Praze dne 23.6.2020

Jméno: MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D., ředitel SVÚ Praha

Podpis (razítko):


O.K. SERVIS ①
BioPro
BOŘETICKÁ 2668/1, 193 00 PRAHA 9
IČ: 62 91 45 11 TEL: 281 091 460

Podpis (razítko):


Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
Praha 6 - Lysá uje, 165 03
IČ: 00019305
www.svuuprava.cz ①

**STÁTNÍ
VETERINÁRNÍ
ÚSTAV
PRAHA**

**SPECIFIKACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO PŘÍPRAVNU (VARNU) KULTIVAČNÍCH MÉDIÍ
ODDĚLENÍ BAKTERIOLOGIE SVÚ PRAHA**

V rámci VZ malého rozsahu poptáváme komplexní řešení přístrojového vybavení varny kultivačních médií o tyto tři zařízení:

- zařízení pro přípravu a sterilizaci kultivačních médií ke zkapacitnění a intenzifikaci provozu varny kultivačních médií,
- zařízení pro automatické rozplňování tuhých kultivačních médií do Petriho misek,
- balíčku připravených médií pro jednoduchou přípravu kultivačních médií pro transport.

1. Podrobná specifikace parametrů na zařízení pro přípravu a sterilizaci kultivačních médií

Poptáváme zařízení umožňující přípravu kultivačních médií z primárně dehydratovaných základů komerčně dostupných v České republice. Přístroj musí umožňovat i přípravu kultivačních médií s přídavkem krve, krevních derivátů a suplementů (antibiotika, chemikálie), které se přidávají v různých stádiích procesu výroby média v souladu s návodem výrobce. Poptávané zařízení musí splňovat nejméně tyto požadavky:

- Minimální možný připravovaný objem média 1 litr
- Maximální možný připravovaný objem média 10 litrů
- Možnost regulace rozmezí teploty sterilizace v rozsahu 95 °C až 125 °C
- Možnost regulace rozmezí rozplňovací teploty v rozsahu 25 °C až 60 °C
- Možnost regulace doby sterilizace v rozsahu 1 až 60 minut
- Kompaktní rozměry s výškou zařízení nepřesahující 45 cm
- Kompatibilita s externí peristaltickou pumpou s vlastní řídicí jednotkou
- Kompatibilita s rozplňovací jednotkou Petriho misek
- Schopnost komunikace zařízení s rozplňovací jednotkou o zbývajícím objemu média v reálném čase (online)
- Umístění topných a chladicích elementů mimo sterilizační nádobu s nepřímým přenosem teploty přes sekundární médium (vodní lázeň)
- Možnost automatického vypouštění sekundárního média vodní lázně
- Schopnost sofistikované regulace teploty v jednotlivých krocích přípravy s přesností $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- Schopnost bezpečného monitoringu okamžité teploty připravovaného média pomocí vnitřní teplotní sondy o adekvátní přesnosti $\pm 0,1^\circ\text{C}$

- Integrované míchadlo připravovaných médií s programovatelnou proměnlivou rychlostí otáčení pro jednotlivé kroky přípravy médií
- Přítomnost systému pro bezpečné přidávání suplementů v průběhu cyklu přípravy média za splnění aseptických podmínek a se schopností teplotní kompenzace rozdílů teplot
- Zařízení pro kontrolu těsnosti a vyvíjení rovnoměrného tlaku uvnitř zařízení během procesu rozplňování s kontrolou aktuálního tlaku v zařízení
- Programovatelnost vícekových cyklů (s různými teplotami a časem a rychlosti míchání), pro přípravu jednotlivých kultivačních médií a možnost ukládat tyto programy do interní paměti zařízení (min. 20 programů)
- Adekvátní konektivita a používání komunikačních jazyků (USB, Ethernet, Wifi)
- Jednoduché uživatelské rozhraní s barevným displejem, vestavěná tiskárna pro tisk štítků
- Zajištění bezpečnosti práce a ergonomické manipulace se zařízením (vícebodový bezpečnostní zámek víka s automatickým uzavřením při překročení teploty 80 °C, transparentní kryt s asistovaným zdvihem, bezpečnostní ventily, systém vizuálního a akustického alarmu hrozícího rizika a chybových hlášek

2. Podrobná specifikace parametrů na zařízení pro rozplňování kultivačních médií

Poptáváme zařízení umožňující rozplňování připravených kultivačních médií do komerčně dostupných Petriho misek. Zařízení nebo jeho integrální příslušenství musí umožňovat i rozplňování kultivačních médií s přídavkem krve, krevních derivátů. Zařízení nebo jeho integrální příslušenství musí být dále schopno označovat naplněné misky potiskem základních údajů. Dále je nezbytné, aby toto zařízení bylo kompatibilní se zařízením pro přípravu těchto kultivačních médií a tvořilo s ním kompaktní a plně funkční celek. Poptávané zařízení musí splňovat nejméně tyto požadavky:

- Schopnost rozplňování připravených kultivačních médií do komerčně dostupných Petriho misek o rozměrech 90 mm a 55 mm
- Možnost snadného přestavení plničky z nastavení pro rozplňování misek o průměru 90 mm na misky o průměru 55 mm misky (bez použití nářadí, časová ztráta max. 5-8 min)
- Kapacita zásobníku (karuselu) v základním provedení více než 550 misek o průměru 90 mm
- Schopnost samostatného rozplnění 10 litrů kultivačního média bez zásahu operátora a nutnosti vyprázdnit nebo naložit zásobník ploten
- Možnost synchronizace plničky se zařízením pro přípravu a sterilizaci kultivačních médií
- Vybavení dostatečným množstvím sterilizovatelných (opakovaně použitelných) hadičkových setů zajišťujících transport médií ze zařízení pro jejich přípravu a sterilizaci do plničky (minimálně 7 ks)

- Minimální výkon zařízení 650 misek za hodinu (při rozplňovacím objemu 18 ml na misku)
- Vybavení sekundární, plně synchronizovanou externí peristaltickou pumpou s hadičkovým setem umožňujícím přípravu médií s přidavkem krevních derivátů (např. on-line přidavek krve s jejím smísením přímo v hadičce před rozplněním do Petriho misek)
- Vybavení dostatečným množstvím sterilizovatelných (opakovaně použitelných) hadičkových setů umožňujícím přidávání krve krevních derivátů do médií plněných na misky (minimálně 5 ks)
- Přesné dávkování objemu médií do Petriho misek v rozsahu 12-25 ml
- Integrovaný systém pro jednoduché provádění objemových kalibrací před rozplňováním
- Člunkový systém otevírání a plnění misek
- Systém detekce chybně vložených (obrácených) misek bez jejich naplnění a bez přerušení cyklu plnění
- Vybavení souborem opatření minimalizujících nerovnosti litých médií (rotace misky v průběhu plnění, integrované chladičské zařízení misek po vylití)
- Vybavení souborem opatření minimalizujících mikrobiální kontaminaci (minimalizace času otevření misky na max. 4 s při plnění tím, že je miska je okamžitě po naplnění uzavřena, ošetření UV zářením)
- Vybavení jednoduchým uživatelským rozhraním s barevným, vodotěsným a dotykovým ovládacím panelem s možností připojení myši
- Programovatelnost procesů plnění jednotlivých kultivačních médií a možnost ukládat tyto programy do interní paměti zařízení (20 programů)
- Možnost použití manuálního módu plnění
- Adekvátní konektivita a používání komunikačních jazyků (USB, Ethernet)
- Kompaktní rozměry s výškou zařízení nepřesahující 90 cm
- Zajištění bezpečnosti práce a ergonomické manipulace se zařízením (systém vizuálního a akustického alarmu hrozícího rizika a chybových hlášek)
- Vybavení externí inkoustovou tiskárnou pro boční potisk Petriho misek, která je propojená s plničkou tak, aby bylo možné provádět potisk misek v přímé návaznosti na jejich plnění
- Tiskárna musí být vybavena tiskovou hlavou o délce 23,5 cm a průměru 4,2 cm
- Tiskárna musí umožnit tisk data výroby nebo expirace produktu, název produktu nebo číslo šarže
- Tiskárna dále musí disponovat adekvátní textovou kapacitou a variabilitou (minimální počet tištěných znaků na jedné misce o průměru 90 mm nesmí být menší než 60, volitelnost velikosti písma v rozsahu 1,8-7,8 mm, možnost volby umístění těchto znaků v jednom nebo dvou řádcích textu na misce)