

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Státní veterinární ústav Praha

IČO: 00019305

Sídlo/místo podnikání:

Sídliště 136/24

165 03 Praha 6

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Jirková

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup 2 ks mycího a desinfekčního automatu pro využití v laboratoři**Druh zadávacího řízení:** VZMR: Otevřená výzva**Druh VZ:** Dodávky (zboží)**Systémové číslo:** T002/19/V00057205**Dne**
[detail VZ](#)

21.11.2019 15:07:00

Identifikace zadavatele

Ing. Dagmar Jirková

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ

Název

Nákup 2 ks mycího a desinfekčního automatu pro využití v laboratoři

Druh veřejné zakázky

Druh plnění

Dodávky (zboží)

Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy

Ne

Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení

Výsledkem zadávacího řízení bude

Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět VZ

Stručný popis

Jedná se o nákup 2 ks mycího a desinfekčního automatu pro využití v laboratoři, 1x s horkovzdušným sušením, 1x bez horkovzdušného sušení, včetně příslušenství a mycí chemie, včetně posudku o opravitelnosti/neopravitelnosti a případně ekologické likvidaci dvou stávajících myček.

Položky předmětu VZ

Název	Mycí a desinfekční automat s horkovzdušným sušením
Kód z číselníku NIPEZ	33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Popis	Jedná se o nákup jednodvěřového mycího a desinfekčního automatu v nerezovém provedení pro využití v laboratoři s horkovzdušným sušením a s mycím prostorem o kapacitě až 64 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 98 pipet do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek. Dveře musí být dopředu výklopné, celonerezové, mycí automat dále musí mít zakrytá topná tělesa, mycí prostor musí být vybaven dvěma nerezovými mycími rameny, konstrukce musí být dvouplášťová z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací, vestavěný horkovzdušný sušicí agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy min. H 14, nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby, mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické, přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.), bezesrárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy, systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu, vícekomponentový filtrační systém mycí lázně, kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen, během mycího cyklu elektricky blokové dveře, automatické dovírání a uzamykání dveří, výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min, elektronická programovatelná řídicí jednotka (min. 14 zákl. programů), dokumentování procesů volitelně pomocí software (s modulem Ethernet) nebo USB řešení/tiskárna (s modulem RS232), vestavěný modul pro automatické měření čistoty /vodivosti oplachových vod, 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou neutralizační chemii, 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou mycí chemii, vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem, vestavěný změkčovač vody, násypka soli, silikonové součástky v odpadním potrubí odolné vůči působení tuků a mastných kyselin, modulární koncepce vnitřního košového vybavení. Nabídka bude včetně mycí chemie, přestavení 1 ks stávajícího vialkového koše pro možnost použití v nové myčce. Dále horní koš zepředu otevřený pro uložení nástavců, výškově nastavitelný. Dále 2 x spodní koš pro moduly, dále modul pro uložení např. 98 odměrných a plných pipet, modul pro uložení laboratorního skla (baněk), 2x injektorový vozík. Dále včetně posudku o opravitelnosti/neopravitelnosti a případně ekologické likvidaci stávající myčky. Nabídka musí být včetně dopravy na adresu SVU Praha, instalace a připojení na přívod vody a odpadu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Záruční doba min. 24 měsíců, splatnost faktury bankovním převodem se splatností min 14 dní. K této myčce dále vyžadujeme servisní VIP podmínky: nástup na opravu do 24 hodin v pracovních dnech, odstranění závady do 48 hodin v pracovních dnech, v případě delší opravy (za více jak 5 dnů) instalace náhradního přístroje do 5 pracovních dnů, 15% slevu na náhradní díly.

Parametry

Název	Operátor	Hodnota
šířka	=	900 mm
hloubka	=	700 mm
výška automatu s víkem	min	835 mm
max příkon	max	9,3 kW

Identifikace

Množství	1,00
Měrná jednotka	ks
Název	Mycí a desinfekční automat
Kód z číselníku NIPEZ	33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	33100000-1 - Zdravotnické přístroje

Popis

Jedná se o nákup jednodvěřového mycího a desinfekčního automatu v nerezovém provedení pro využití v laboratoři s ohřevem elektro o max. příkonu 9,3 kW s mycím prostorem o kapacitě až 64 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 98 pipet do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek. Dveře musí být dopředu výklopné, celonerezové, mycí automat dále musí mít zakrytá topná tělesa, mycí prostor musí být vybaven dvěma nerezovými mycími rameny, konstrukce musí být dvouplášťová z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací, nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby, mycí a desinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické, přednastavené mycí a desinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.), bezspárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy, systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu, vícekomponentový filtrační systém mycí lázně, kontroly mycího tlaku a rotace ostříkovacích ramen, během mycího cyklu elektricky blokováné dveře, automatické dovírání a uzamykání dveří, výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min, elektronická programovatelná řídicí jednotka (min. 12 zákl. programů), dokumentování procesů volitelně pomocí software (s modulem Ethernet) nebo USB řešení/tiskárna (s modulem RS232), 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou neutralizační chemii, 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou mycí chemii, vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem, vestavěný změkčovač vody, násypka soli, silikonové součástky v odpadním potrubí odolné vůči působení tuků a mastných kyselin, modulární koncepce vnitřního košového vybavení. Nabídka bude včetně mycí chemie, přestavění 1 ks stávajícího injektorového koše pro možnost použití v nové myčce. Dále horní koš zepředu otevřený pro uložení nástavců, výškově nastavitelný. Dále spodní koš pro moduly, dále spodní koš pro se dvěma přípojkami modulů pro uložení až dvou injektorových modulů nebo nástavců a dále modul pro uložení např. 98 odměrných a plných pipet. Dále včetně posudku o opravitelnosti/neopravitelnosti a případně ekologické likvidaci stávající myčky. Nabídka musí být včetně dopravy na adresu SVÚ Praha, instalace a připojení na přívod vody a odpadu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Záruční doba min. 24 měsíců, splatnost faktury bankovním převodem se splatností min 14 dní. K této myčce dále vyžadujeme servisní VIP podmínky: nástup na opravu do 24 hodin v pracovních dnech, odstranění závady do 48 hodin v pracovních dnech, v případě delší opravy (více jak 5 dnů) instalace náhradního přístroje do 5 pracovních dnů, 15% slevu na náhradní díly.

Parametry

Název	Operátor	Hodnota
výška automatu s víkem	min	835 mm
šířka	=	600 mm
hloubka	=	600 mm
max příkon	max	9,3kW

Identifikace

Množství1,00

Měrná jednotkaks

NázevPříslušenství a mycí koše

Kód z číselníku NIPEZ33100000-1 - Zdravotnické přístroje

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV33100000-1 - Zdravotnické přístroje

PopisViz specifikace u jednotlivých myček.

Parametry

Název	Operátor	Hodnota
-------	----------	---------

Identifikace

Množství 1,00

Měrná jednotka ks

Dělení na části

Ne

Výběr postupu zadání VZ

Výběr postupu zadání VZ VZMR: Otevřená výzva

Doba a místo plnění

Obec Praha 6 - Lysolaje
Ulice Sídlištní
Číslo popisné 136
Číslo orientační 24
PSČ 16503
Stát Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

- ☐ Prokázání splnění způsobilosti/kvalifikace zadavatel nepožaduje (zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy)
- ☒ Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
- ☒ Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
- ☐ Ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ
- ☐ Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Základní způsobilost

§ 74 odst. 1 písm. a) Ano

Způsob prokázání způsobilosti čestným prohlášením

Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Profesní způsobilost

§ 77 odst. 1 Ano

Způsob prokázání způsobilosti čestným prohlášením

Další specifikace kopie

§ 77 odst. 2 písm. b) Ano

Způsob prokázání způsobilosti čestným prohlášením

Další specifikace kope

Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů**Pravost dokladů**

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

**Požadovat předložené dokumenty v originále Ne
či úředně ověřené kopii****Zadávací lhůta**

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

31.12.2019

Platební a obchodní podmínky**Smluvní podmínky**

smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)

Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže).

Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit

Smlouva kupní

Způsob a doba podání nabídky

03.12.2019 11:00:00

Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení**Základní hodnotící kritérium**

Nejnižší nabídková cena

Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Metoda hodnocení

Automatická

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek**Popis**

Losem

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením:

Ne

Díličí hodnotící kritéria a subkritéria**Kritérium Nabídková cena****Název**

Nabídková cena

Typ	nabídková cena
Jednotka	Kč
Požadovat členění nabídkové ceny na cenu bez DPH, s DPH a DPH:	Ano
Povaha	kvantitativní/objektivní – číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky (číselně vyjádřitelné kritérium)
Orientace	minimalizační/nákladové kritérium – klesající, nižší je lepší
Váha	100,00
Absolutní omezení hodnot	
Minimum	
Maximum	
Omezení hodnot pro účely hodnocení	
Minimum	
Maximum	
Přímé zadání hodnot do nabídkového formuláře	Ano
Způsob hodnocení	
Hodnoty kritéria budou předmětem elektronické aukce	Ne
Způsob hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny	s DPH

Specifikace e-aukce

Použít e-aukci Ne

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána
český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy

Povinnost elektronicky podepisovat datové zprávy Ne

Stanovení povinnosti šifrovat nabídku

Povinnost šifrovat nabídku Ne

Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržistiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržistiště.

Součástí nabídky bude tvořit produktový list
dodavatele

Ano

Popis produktového listu

Produktový list nabízeného mycího automatu

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění

Bude se konat prohlídka místa plnění

Ne

Otevírání nabídek

Datum a čas konání otevírání nabídek

03.12.2019 12:00:00

Bude otevírání nabídek veřejné?

Ne

Předložení vzorků

Bude požadováno předložení vzorků?

Ne

Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele

Vyloučení účastníka zadávacího řízení
oznámit jeho uveřejněním

Ne

Uveřejnit oznámení o výběru dodavatele

Ne

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržistiště.

Jméno a příjmení

Dagmar Jirková v.r.

Doručení

Datum

21.11.2019 15:09:27

Verze formuláře

#	Vloženo	Poslední změna	
1	21.11.2019 15:07 Dagmar Jirková	21.11.2019 15:07 Dagmar Jirková	právě zobrazena